

๔.๕ ระบบน้ำบ้วนปาก

- ๔.๕.๑ มีที่กรองน้ำก่อนที่จะเข้าสู่ระบบน้ำบ้วนปาก และสามารถถอดที่กรองมาล้างทำความสะอาดได้ง่าย
- ๔.๕.๒ มีระบบควบคุมปริมาณน้ำลงถ้วยน้ำบ้วนปากโดยอัตโนมัติ (ใช้น้ำหนักหรือหน่วยเวลา) อยู่บริเวณแผงควบคุม chair pad ผิงทนต์แพทย์และผิงผู้ช่วยทันตแพทย์
- ๔.๕.๓ อ่างน้ำบ้วนปากคนไข้ผิวเรียบทำด้วยceramicอย่างดีที่คราบสกปรกไม่เกาะติด มีท่อน้ำปล่อยน้ำลงในอ่างและมีที่กรองวัสดุหยาบภายในอ่างที่สามารถถอดมาล้างและทำความสะอาดได้ง่าย
- ๔.๕.๔ มีที่กรองวัสดุก่อนลงท่อน้ำทิ้งที่สามารถถอดมาล้างและทำความสะอาดได้
- ๔.๕.๕ มี Tripple Syringe ๑ ชุด พร้อมที่วาง(คุณสมบัติเดียวกับข้อ๔.๒.๓)

๔.๖ เก้าอี้คนไข้

- ๔.๖.๑ สามารถปรับพนักเก้าอี้ให้เอน นั้ง หรือนอน และสามารถปรับระดับความสูงต่ำของเก้าอี้ได้ด้วยระบบไฮดรอลิก
- ๔.๖.๒ Head Rest จะต้องมียูนิตรองรับ Occipital Prominence ของศีรษะคนไข้ และสามารถปรับสูงต่ำได้ตามความต้องการ ตลอดจนสามารถใช้กับเด็กได้
- ๔.๖.๓ ระบบในการปรับตำแหน่ง Preset และ Autoreturn(Zero Position)เมื่อใช้กับคนไข้ที่มีน้ำหนักตัวมาก ตำแหน่งที่ตั้งไว้ต้องไม่เปลี่ยนแปลง
- ๔.๖.๔ ปุ่มปรับตำแหน่ง Preset และ Autoreturn (Zero Position) จะต้องมียุติอย่างน้อย ๒ จุด จาก ๔ จุด ดังนี้ บริเวณถาดวางเครื่องมือ เก้าอี้คนไข้ บริเวณอ่างบ้วนปาก หรือ สวิตช์เท้า

๕ อุปกรณ์ประกอบ

- ๕.๑. เก้าอี้ทันตแพทย์ จำนวน ๑ ตัว
 - ๕.๑.๑ มีล้อเลื่อนและปรับความสูง-ต่ำได้ ด้วยระบบ Pneumatic
 - ๕.๑.๒ Lumbar Support
- ๕.๒. เก้าอี้ผู้ช่วยทันตแพทย์ จำนวน ๑ ตัว
 - ๕.๒.๑ มีล้อเลื่อนและปรับระดับความสูง-ต่ำได้ด้วยระบบ Pneumatic
 - ๕.๒.๒ Lumbar Support และที่พักเท้า
- ๕.๓. Automatic Voltage Stabilizer ขนาดไม่น้อยกว่า ๕ KVA ใช้ควบคุมยูนิตรักษาฟันทุกระบบที่ใช้ไฟฟ้าโดยใช้ได้กับแรงดันกระแสไฟฟ้าสลับในช่วง ๑๘๐-๒๖๐ โวลท์ และแรงดันไฟฟ้าที่ปรับแล้วจะต้องไม่เกิน $\pm 5\%$

๖ เงื่อนไขเฉพาะ

- ๖.๑ มีใบรับประกันคุณภาพ, มีCatalog ตัวจริงจากบริษัทผู้ผลิตหรือโรงงานผู้ผลิตสำหรับรายการ โดย
 - ๖.๑.๑ ยูนิตรักษาฟัน เก้าอี้ทันตแพทย์ และเก้าอี้ผู้ช่วยทันตแพทย์ ต้องผลิตจากโรงงานผู้ผลิตเดียวกันทั้งชุด โดยโรงงานผู้ผลิตที่ได้รับรองมาตรฐานสากล ISO ๙๐๐๑:๒๐๐๘ และ ISO ๑๓๔๘๕ : ๒๐๐๓ และเป็นผลิตภัณฑ์ของญี่ปุ่น ยุโรป อเมริกาหรือประเทศไทย ไม่มีการดัดแปลงหรือแก้ไขเพิ่มเติมให้เข้ากับคุณลักษณะของทางราชการ
 - ๖.๑.๒ ด้ามกรอเร็วและด้ามกรอช้าเป็นผลิตภัณฑ์ของประเทศญี่ปุ่น ยุโรป หรืออเมริกาและมีหนังสือรับรองการนำเข้าเครื่องมือแพทย์โดยผ่านการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ของกระทรวงสาธารณสุข
 - ๖.๑.๓ เครื่องกำเนิดอากาศอัด (AIR COMPRESSOR) เป็นผลิตภัณฑ์จากประเทศ ญี่ปุ่น ยุโรป อเมริกา หรือประเทศไทย ยกเว้น ส่วนของถังลม และอุปกรณ์ overload
 - ๖.๑.๔ Motor suction เป็นผลิตภัณฑ์จากประเทศ ญี่ปุ่น ยุโรป อเมริกา หรือประเทศไทย
 - ๖.๑.๕ เก้าอี้ทันตแพทย์ เก้าอี้ผู้ช่วยทันตแพทย์ ได้ผ่านการรับรองผลิตภัณฑ์จาก สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)